

## **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення.**

**ЗАКУПІВЛЯ** згідно плану UA-P-2025-06-04-008958-a

### **Замовник:**

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 3» Харківської міської ради

### **Вид предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 — **33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання**

- Електрокардіограф 12-канальний (НК 024:2023 — 16231 «Професійний багатоканальний електрокардіограф»);
- Реєстратор добової ЕКГ (за Холтером) (НК 024:2023 — 35162 «Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу»);
- Вимірювач артеріального тиску (НК 024:2023 — 36888 «Реєстратор амбулаторний для тривалого моніторингу артеріального тиску»).

## **1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Закупівля медичного обладнання обумовлена необхідністю забезпечення своєчасної та якісної діагностики серцево-судинних захворювань у пацієнтів.

Наявне обладнання у закладі морально і фізично застаріло, не забезпечує точність реєстрації сигналів, має обмежені функціональні можливості, що ускладнює проведення діагностики відповідно до сучасних стандартів.

Електрокардіограф 12-канальний, реєстратор добової ЕКГ та вимірювач артеріального тиску дозволять:

- проводити оперативну реєстрацію ЕКГ у 12 відведеннях;
- здійснювати добовий моніторинг ЕКГ та артеріального тиску;
- підвищити точність постановки діагнозу і своєчасність призначення лікування;
- інтегрувати результати обстежень у електронну медичну систему (eHealth).

Технічні вимоги сформовано відповідно до клінічних потреб лікарів-кардіологів, санітарно-технічних норм, рекомендацій МОЗ України та вимог безпеки медичних виробів.

Усе обладнання має бути сертифіковане, зареєстроване в Державному реєстрі медичних виробів та мати гарантійне обслуговування не менше 12 місяців.

## **2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення**

Бюджетне призначення визначено виходячи з:

- ринкової вартості відповідного обладнання за результатами моніторингу цінових пропозицій постачальників;
- фінансових можливостей закладу, сформованих за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ за надані медичні послуги;
- потреби у заміні технічно несправного або застарілого обладнання, що впливає на якість обслуговування пацієнтів.

### 3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість визначена шляхом:

- аналізу комерційних пропозицій від щонайменше трьох потенційних постачальників;

№	Найменування товару	ФОП Васильєва Г.В.	ФОП Кудрай І.П..	ФОП Самигін С.О.
1	Електрокардіограф	62400	62400	62950
2	Реєстратор добового ЕКГ за Холтером	208600	202700	212300
3	Вимірювач артеріального тиску	66000	66000	68000
		337000	331100	343250

Найбільш економічно вигідна пропозиції ФОП Кудрай І.П. – 331100,00 грн. З урахуванням викладеного уповноваженою особою було прийнято рішення очікуваною вартістю предмета закупівлі ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання: електрокардіограф 12-канальний (НК 024:2023 - 16231 "Професійний багатоканальний електрокардіограф"); реєстратор добової ЕКГ (за Холтером) (НК 024:2023 - 35162 Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу); вимірювач артеріального тиску (НК 024:2023 36888 Реєстратор амбулаторний для тривалого моніторингу артеріального тиску) – 331100,00 грн.

Отримане значення вартості є економічно обґрунтованим і відповідає принципам ефективного та раціонального використання коштів НСЗУ.

Уповноважена особа



Неллі ЩЕРБИНА